Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Goleniów, dnia 27.10.2020 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa rękawic diagnostycznych, jednorazowych materiałów medycznych i jednorazowej bielizny szpitalnej"

Numer ogłoszenia: 6000004-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540206240-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.

Numer sprawy: ZZP/10/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE w Goleniowie sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonuje zmiany treści SIWZ jak wskazano niżej:

Pytanie 1
Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w rozmiarze 160 x 210 cm. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prześcieradeł w rozmiarze 160x210 cm.

Pytanie 2

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów pościelowych wykonanych z włókniny o gramaturze min. 20 g./m kw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompletów pościelowych wykonanych z włókniny o gramaturze min 20 g./m kw.

Pytanie 3

Pakiet 5 poz. 3

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszul w kolorze niebieskim.

Pytanie 4

Pakiet nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu porodowego posiadającego dodatkowo serwetę operacyjną 2-warstwową pod pośladki 85 cm x 92 cm typu kieszeń w kształcie rożka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160x210?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 6

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 20g/m2?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie 7

Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 8

Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 75g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 5 poz. 4

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15,5x21cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny o perforacji co 38 cm, szerokości 50 cm, długość rolki
50 m?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie 11

Pakietu nr 2:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych maseczek chirurgicznych w pakiecie nr 2 pozycji nr 11 z ilości 180 000 szt. do 14 000 szt. co umożliwi nam zabezpieczenie ciągłości dostaw do Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający, mając na uwadze niestabilną sytuację na rynku związaną z pandemią koronawirusa oraz chcąc umożliwić udział w postępowaniu jak największej liczbie wykonawców określa ogólną liczbę masek, będącą przedmiotem zamówienia na 14 000 szt.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji Pakietu 2 (poprzez zmianę w pozycji 11 ilości masek) jak w załączeniu.

Zamawiający przypomina przy tym, że liczba maseczek dostarczana mu każdorazowo będzie wynikać z zamówienia szczegółowego ze strony Zamawiającego, która to ilość nie jest w żaden sposób limitowana w jednostce czasu (np. tygodniu, miesiącu) w okresie trwania umowy, za wyjątkiem ogólnej puli maseczek, będących przedmiotem zamówienia.

Pytanie 12
Dot. Załącznik nr.7 pakiet nr.4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jako produktu równoważnego zestawu porodowego według poniższego opisu :

Zestaw porodowy jednorazowego użytku składa się z trzech pakietów, które zawierają:
1. Pakiet A – przedporodowy
- 1 podkład chłonny 40 x 60 cm
- 1 podkład papierowy niebieski 60 x 60 cm
- 2 papierowe ręczniki do rąk 40 x 40 cm

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

- 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, rozmiar 7 – 7,5

2. Pakiet B – porodowy

- 1 gruszka do odsysania wydzieliny, niebieska
- 4 zaciski pępowinowe
- 4 gaziki 15 x 15 cm
- 1 nożyczki 12 cm

3. Pakiet C – poporodowy

- 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków
- 1 kocyk dla noworodka 100 x 60 cm
- 2 chusteczki papierowe 11 x 20 cm
- 1 pielucha dla noworodka
- 1 podpaska higieniczna siatkowa 20 x 7 cm
- 1 torba foliowa na łożysko żółta 50 x 38 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 13
PAKIET NR 3

Poz. nr 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do zbiórki płynów w rozmiarze 56 x 90cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie 14

PAKIET NR 3

Poz. nr 13 – czy w Zestawie do zakładania szwów, w opisie serwety włókninowej z otworem nie nastąpiła pomyłka pisarska w podaniu rozmiaru otworu? Czy Zamawiający wymaga serwety włókninowej w rozmiarze 50cm x 50cm z przylepnym otworem 5cm x 10cm?

Odpowiedź: TAK, nastąpiła omyłka pisarska Zamawiający wymaga serwety włókninowej w rozmiarze 50cm x 50cm z przylepnym otworem 5cm x 10cm

Pytanie 15
PAKIET NR 3

Poz. nr 20 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pęsety chirurgicznej standardowej prostej 14 cm? Pozostałe parametry pęsety bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie 16

WZÓR UMOWY

1. **§ 6 ust. 3** – wnosimy o zmianę zapisów umowy na:
   W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ.,

Pytanie 17
Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści pakiet o następujących parametrach i składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (kolor niebieski) o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.

- 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H_2O. Współczynnik pylenia 3.4log_{10}. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610 ?

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2

Pytanie 20

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszule pacjenta w kolorze granatowym?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści koszule pacjenta w kolorze granatowym.

Pytanie 21

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z 100% poliestru o gramaturze 75g/m2 w rozmiarze 16x22cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet 1

Poz.1-4

Prosimy o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, lateksowej pudrowanej, powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,19mm, na mankiecie 0, 15mm; AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 60 µg/g rękawicy , mankiet rolowany, długość min. 280 mm, siła zrywania przed

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

starzeniem min. 16 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Pakiet 1

Poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, lateksowej, pudrowanej, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 µg/g rękawicy mankiet rolowany, grubość na palcu 0,20 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 15,2 N. opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Certyfikat CE Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, odporne na poziomie 6 na co najmniej 3 substancje w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 1

Poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, faktyczny poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, grubość na palcu 0,21 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 14 N opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 1

Poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, grubość min.: na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,16 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy w badaniach niezależnych, mankiet rolowany, długość min. 280 mm, siła zrywania min. 15 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 1

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej neoprenowej, bezpudrowej z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, wytrzymałość min. 14 N, długość min.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

285mm mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet 1

Poz. 1-9

Prosimy o wyłączenie pozycji od 1 do 9 do odrębnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli naszej firmie przedstawić konkurencyjną ofertę cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 28

Pakiet 1

Poz. 10-13

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej rękawicy diagnostycznej, bezpudrowej, lateksowej. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,11 mm, grubośc na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pytanie 29

Pakiet 1

Poz. 14-16

Czy Zamawiający dopuści niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,09 mm, grubośc na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 1

Poz. 17-19

Czy Zamawiajacy dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne przez min.18 minut na działanie min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thio-Tepa, Etopozydu i Metotrexatu (raporty z wynikami), Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 31

Pakiet 1

Poz. 20-22

Prosimy o dopuszczenie niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,09 mm, grubośc na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 1

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Poz. 20-22

Czy Zamawiający dopuści niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,11 mm, grubośc na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. 2

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

W związku ze złożonymi zapytaniami oraz zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach oraz termin ich otwarcia, tj. określa termin składania ofert do dnia 05.11.2020 godz. 12:00, jak również określa termin otwarcia ofert na dzień 05.11.2020 godz. 13:00.

W związku z powyższym oferta winna być złożona na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I SIWZ, w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco:

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.

72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2

sprawa nr ZZP/10/2020

Nie otwierać przed 05.11.2020 r. godzina 13:00

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Kęcka